

BT-549 细胞系完全培养基使用说明书

产品信息

货号	YM-P-151
名称	BT-549 细胞系完全培养基
规格	125mL/瓶 x4 瓶
组分	90%RPMI-1640+10%FBS
质量控制	通过细菌、真菌、支原体、内毒素检测。 通过渗透压、pH 检测。 通过产品性能检测。

保存条件

- 1) 完全培养基，需放置 $2\sim 8^{\circ}\text{C}$ ，避光储存，保质期为 3 个月。
- 2) 完全培养基，请于保质期内使用，过期的成分可能严重影响培养效果。

使用方法

- 1) 使用前将完全培养基取出放置常温，待完全培养基恢复室温后使用。
- 2) 用 75%医用酒精仔细擦拭外包装，在超净台内打开包装。
- 3) 未能一次性使用完的完全培养基，建议分装成小规格使用。
- 4) 未使用完的完全培养基用封口膜密封瓶口，并标注开封日期等信息。

注意事项



电话:400-688-9033

网址:www.ubigene.com

地址:广州市黄埔区瑞吉二街45号京广协同2号楼A栋12楼

美国办事处:855 777 3210

欧洲办事处:800 3272 9252

亚太联系方式:001 800 3272 9252

- 1) 使用完全培养基时注意无菌操作，避免污染。
- 2) 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。
- 3) 为保持本产品的最佳使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
- 4) 完全培养基套装内的所有成分都严格控制无菌，一般情况下我们不建议再次除菌。若操作过程有污染风险，可将完全培养基过滤除菌。

